



Специализирана болница за активно лечение по
детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – София

Бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 11
1606 гр. София
България

тел: 02 81 54 210
факс 02 81 54 250
sholdb@mail.bg

ПРОТОКОЛ

№ 2 / 04. 01 2021г.

За работата на Комисия, назначена във връзка с открита процедура с предмет: ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ, ЧУВАЛИ И РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ ЕАД, открита с Решение № 65 / 12.06.2020 г. и публикувана в РОП № 00870-2020-0005 с Обявление № 983493-15.06.2020 г., Решение № 983498-15.06.2020г. на адрес: https://www.aop.bg/case2.php?mode=show_case&case_id=382774 и на страниците на ОВ на ЕС под № 2020/S/116-281189-17.06.2020г. на адрес: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281189-2020:TEXT:BG:HTML>.

На основание Чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокол №1 беше изпратен на участниците в процедурата:

- С писмо изх. № 957/ 01.10.2020г. до "АГАРТА-ЦМ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 958/ 01.10.2020г. до "ЕКОС МЕДИКА" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 959/ 01.10.2020г. до "ЕКОМЕТ-90" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 960/ 01.10.2020г. до "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 961/ 01.10.2020г. до ЕТ "ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 962/ 01.10.2020г. до "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 963/ 01.10.2020г. до "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 964/ 01.10.2020г. до "ХИМТЕКС" ЕАД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 965/ 01.10.2020г. до "ИНТЕР БИЗНЕС 91" ЕООД - изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 966/ 01.10.2020г. до "ЛИОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 967/ 01.10.2020г. до "МЕДИЛОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 968/ 01.10.2020г. до "МЕДИТЕХ" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 969/ 01.10.2020г. до "Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 970/ 01.10.2020г. до "ОПТИМ КО" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 971/ 01.10.2020г. до "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 972/ 01.10.2020г. до "СКАНКЛИЙН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 973/ 01.10.2020г. до "ЮНИМЕДИКА" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 974/ 01.10.2020г. до "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

В указания от закона срок, допълнителни документи представиха:

„СКАНКЛИЙН“ ЕООД - представи електронен ЕЕДОП, подписан от задължените лица.

"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД - представи електронен ЕЕДОП и Удостоверение във връзка с Личните данни подписани от задължените лица.

Комисията разгледа допълнително представените документи и реши: Допуска всички оферти до етап разглеждане на техническите предложения.

По-нататък в своята работа, Комисията разгледа техническите предложения на участниците. При тези си действия, Комисията констатира:

В офертата на "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД – участникът прилага техническо предложение, което не е по образа на Възложителя. На основание Чл.107, т.2 буква а от ЗОП, поради неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата, Комисията предлага "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД за отстраняване от участие в процедурата. Мотиви: Участникът не представя техническо предложение по образец на Възложителя. Участникът не е изпълнил следните условия, поставени от Възложителя в изпълнение разпоредбите на ЗОП: да представи Образец на техническо предложение /Приложение №4а/ /условие, посочено в т. II.2 буква б от „УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА“/

За подпозиция 3 от ОП 1 Възложителят изисква: Абокат № 24 0,7x19mm 3/4" 22 ml/min - еднопътен с крилца -тъкостенен катетър от полиуретан с полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентгено позитивни ленти по цялата дължина, самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. Предложения от "АГАРТА-ЦМ" ЕООД консуматив не отговаря на изискването за самоактивиращ се изцяло метален предпазен механизъм. На основание Чл. 107, т.2, буква а от ЗОП, Комисията предлага "АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 3 от ОП 1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 27 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc с игла 14Gx11/4 двер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от „АГАРТА ЦМ“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „АГАРТА ЦМ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 27. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

За подпозиция 29 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- двер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция . Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

За подпозиция 29 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"- двер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на

предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от участие по подпозиция 32. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

За подпозиция 29 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50cc за перфузор "Компакт Браун"-двер лок - Т-образна форма на петата на буталота за сигурно захващане от помпата. Съвместими с наличната апаратура/ перфузори BRAUN и българските перфузори. 45 градуса градуировка на скалата. Предложената от "АГАРТА ЦМ" ЕООД спринцовка не отговаря на изискването за 45° градуировка на скалата. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "АГАРТА ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 29. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за 45 градуса градуировка на скалата.

За подпозиция 34 от ОП 1 Възложителят изисква: Сонди за хранене №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16. Видно от представения каталог, „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не предлага Сонди за хранене №4. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 34 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 51 от ОП 1 Възложителят изисква: Интубационни тръби № 2, №2.5, №3 без балон- PVC тръба зелена с рентгено- контрастна /XRO/линия без диетил-хексил-фталат /ДЕНР/, скосен връх 37 градуса ,15мм. адаптер. Деление на половин см на тръба с размери 2.0 до 3.5 мм. за орална/назална интубация. Предложените от "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД тръби не изпълняват изискването за зелена тръба. Същата е от бял материал, с ограничена гъвкавост, което създава потенциална опасност от нараняване при използването. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 51. Мотиви: тръбите не отговарят на изискването за зелен цвят на материала. Искането за зелен цвят е свързано със степента на гъвкавост на тръбата.

При разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, Комисията се възползва от предварително обявената възможност и изиска мостри по определени позиции от някои от участниците:

- С писмо изх. № 1007 / 12.10.2020г. до "АГАРТА ЦМ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1008/ 12.10.2020г. до "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1009 / 12.10.2020г. до "ЕКОМЕТ 90" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1010/ 12.10.2020г. до "ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1011/ 12.10.2020г. до "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1012 / 12.10.2020г. до "ХИМТЕКС" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. №1013/ 12.10.2020г. до "ИНТЕР БИЗНЕС" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1014/ 12.10.2020г. до "ЛИОН" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1015/ 12.10.2020г. до "ОПТИМ КО" ООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1016/ 12.10.2020г. до "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1017/ 12.10.2020г. до "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис
- С писмо изх. № 1018/ 12.10.2020г. до "ЮНИМЕДИКА" ЕООД, изпратено по електронна поща с електронен подпис

Поканени участници представиха в срок исканите консумативи. Специалистите в Комисията ги разгледаха и установиха:

За подпозиция 30 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50сс катетърен тип за промивка и хранене- катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Предложената от „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД спринцовка няма адаптер за детска сонда. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага „ЕКОМЕТ 90“ ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда.

За подпозиция 30 от ОП 1 Възложителят изисква: Спринцовки 50сс катетърен тип за промивка и хранене- катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда. Предложената от "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД спринцовка няма адаптер за детска сонда. На основание Чл. 107, т.2а от ЗОП, поради оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, Комисията предлага "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 30. Мотиви: спринцовките не отговарят на изискването за катетър връх 50-60мл.с адаптер за детска сонда.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50сс спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ,, АД предлага система за перфузия, производство на Шанхай Ченълмед Импорт, с която лечебното заведение има отрицателен досегашен опит. Системата допуска въздух във венозния път, което е изключително опасно и водещо до застрашаване живота и здравето на малките пациенти. Във връзка с многобройните случаи на установени дефекти в консуматива, с Доклад до изпълнителния директор системата за перфузия е предложена за недопускане до участие в процедурите, за което „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ,, АД е уведомен писмено. Комисията предлага „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ,, АД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: Консуматив, опасен за живота и здравето на децата.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50сс спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД предлагат удължител, чиято дължина е 1.80 м. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 31 от ОП 1 Възложителят изисква: Удължители за 50сс спринцовки луер-лок 150 см.с предпазни капачки с вместимост 2,5мл. "АГАРТА ЦМ" ЕООД предлагат удължител с ограничена гъвкавост, което затруднява работата с бебета и малки деца. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „АГАРТА ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 31 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 41 от ОП 1 Възложителят изисква: Игли за изтегляне на инфузионни разтвори с вграден антибактериален филтър не позволяващ външен допир, аерозолен и филтър за частици с капачка за многодозови флакони. 96 часа стерилност на разтвора. От „АГАРТА-ЦМ" ЕООД беше поискана мостра, придружена от документ на производителя, доказващ покриване на условието за запазване на стерилност до 96 часа. Участникът не представи документ за доказване запазването на стерилността до 96 часа. В Приложение 2 УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата, в т.П 2, 1е, Възложителят поставя условие за представяне на Фирмени каталози, проспекти или други документи, от които да се установява по безспорен начин съответствието на оферирания продукт с изискванията на възложителя. Комисията допълнително изиска от участника доказателства за покриване на техническите характеристики на консуматива. Такъв не беше представен. На основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнени условия на процедурата, Комисията предлага „АГАРТА-ЦМ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозицията. Мотиви: неизпълнени условия, посочени в документацията за участие в процедурата за подпозиция 41 от ОП1. Запазването на стерилност до 96 часа на консуматива е от съществено значение за живота и здравето на пациента.

За подпозиция 59 от ОП 1 Възложителят изисква: Назална каниюла за O2 неонатална. "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД не изпълни условието за представяне на исканата мостра. В документацията за участие, в Приложение 2 / УКАЗАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА/, в т. II. 2 е, е посочено: „Възложителят си запазва правото, в случай на нужда, в хода на провеждане на процедурата да изисква мостри за предлаганите продукти.“ На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от процедурата "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиция 59 от ОП1 Назална канюла за О2 неонатална. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиция 59 от ОП1.

За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изисква: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За подпозиция 65 от ОП 1 Възложителят изисква: Престилки еднократни нестерилни, хирургични с маншет размер XL - „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД предлагат еднократни престилки без маншет. Не е изпълнено изискването на възложителя по отношение на техническите параметри на консуматива. На основание Чл.107, т.2а от ЗОП, Комисията предлага -„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД за отстраняване от участие по подпозиция 65 от ОП1. Мотиви: оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

За комплексни подпозиции 66-68 от ОП1 - "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД не представя мостри, а е приложено отказно писмо за номенклатурни единици 66-68. На основание Чл.107, т.1 от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от процедурата "Б.БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД по подпозиции 66-68 от ОП1. Мотиви: Участникът не изпълнява условието на Възложителя, посочено в документацията за участие в процедурата за подпозиция 66-68 от ОП1.

Комисията не констатира други пропуски, непълноти и неточности в техническите предложения на участниците и пристъпи към по-нататъшни действия. Със съобщение в профила на Купувача, направено на 23.10.2020г., на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията уведоми заинтересованите лица за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 29.10.2020г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №11, административна сграда.

На заседанието не присъстваха представители на участниците. Комисията отвори ценовите оферти и оповести предложенията. С това публичната част на заседанието приключи.

По-нататък в своята работа Комисията състави сравнителна таблица - класиране на офертите, при което бяха констатирани наличие на повече от 20% разлика в цената по определени подпозиции от предмета на поръчката. В изпълнение разпоредбите на Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията поиска писмена обосновка на цените за определени подпозиции от следните участници:

С писмо изх. № 1214/ 16.11.2020г. до "АГАРТА-ЦМ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1215/ 16.11.2020г. до "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1216/ 16.11.2020г. до "ЛИОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1217/ 16.11.2020г. до "МЕДИЛОН" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1218/ 16.11.2020г. до "ХИМТЕКС" ЕАД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1219/16.11.2020г. до "ЮНИМЕДИКА" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1220/ 16.11.2020г. до ЕТ "ВАДИАС – ВАСИЛ ДИМИТРОВ – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1221/ 16.11.2020г. до "ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1222/16.11.2020г. до "МЕДИТЕХ" ООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1223/ 16.11.2020г. до "ЕКОМЕТ-90" ЕООД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

С писмо изх. № 1224/ 16.11.2020г. до "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД – изпратено по електронна поща с електронен подпис

Не се възползва от дадената му от законодателя възможност и не представи исканата обосновка "ЮНИМЕДИКА" ЕООД. На основание Чл. 107, т.3 от ЗОП, поради не представена обосновка по Чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията предлага "ЮНИМЕДИКА" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 113 от Обособена позиция 1.

Останалите участници представиха исканите обосновки.

Във връзка с посочена техническа грешка при оферирание на цената, Комисията предлага "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 61 от ОП 1.

Участникът "ЛИОН" ЕООД не потвърждава цената за подпозиция 163 от ОП 2. Комисията предлага "ЛИОН" ЕООД за отстраняване от класиране по подпозиция 163 от ОП 2.

Останалите обосновки бяха приети от Комисията и участниците допуснати до класиране по съответните подпозиции. Мотиви: Участниците се позовават на изключително добри търговски условия за доставка, като оторизирани дистрибутори на фирмите-производители на консуматива; на икономичност при изпълнение на поръчките на база ценообразуване и доставка, изразяващи се в: ниски доставни цени, икономични опаковки; ниски транспортни разходи, поради доставка на големи количества; притежание на собствени складове и транспортни средства; преференциални цени за лечебното заведение като дългогодишен търговски партньор.

Комисията прие обосновките, считайки ги за пълни и мотивирани и допусна участниците до класиране по съответните подпозиции.

Съгласно предварително обявените условия на процедурата, критерий за оценка е **най-ниска цена**. При класиране на участниците, Комисията констатира предложена една и съща най-ниска цена за част от номенклатурите в предмета на поръчката.

В изпълнение разпоредбите на Чл.58, ал.3 от ППЗОП, Комисията покани за участие в жребий следните участници:

"ЕКОМЕТ-90" ЕООД - писмо изх. № 1261 / 23.11.2020, изпратено по ел. поща

"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД - писмо изх. № 1262/ 23.11.2020, изпратено по ел. поща

"ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД - писмо изх. № 1263 / 23.11.2020, изпратено по ел. поща

На заседанието на Комисията на основание Чл.58, ал.3 от ППЗОП беше представен единствено участникът ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

За „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – г-н Валентин Кръстев

Съгласно предварително определените условия на Възложителя, при неявяване на представител на единия участник в жребия, за спечелил жребия се счита явилia се. При липса на представител и на двамата участници, член на Комисията тегли жребия служебно. Във връзка с това условие, резултатът от жребия е както следва:

Резултатът от жребия е следния:

Подпозиция № 25

I-во място: "ЕКОМЕТ-90" ЕООД

II-ро място: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Подпозиция № 70

I-во място „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

II-ро място: „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД

Класирането по останалите подпозиции е показано в таблица, неразделна част от настоящия протокол.

Поради липса на оферта по определени подпозиции, на основание Чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, Комисията предлага прекратяване на процедурата по:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:

- Подпозиция 39 Биопсична игла за биопсичен пистолет Moller Medical Blue. Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх. Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употреба. Размери на иглата: 16G и дължина 20 см.
- Подпозиция 40 Биопсична игла за биопсичен пистолет Moller Medical Blue. Цветово кодирана според размера на иглата, с ехогеничен връх. Биопсичен сектор на иглата за добиване на проба с размер 19 мм., за еднократна употреба. Размери на иглата: 16G и дължина 20 см.
- Подпозиция 43 Игли за инсулинови писалки 20G 0.3x6мм
- Подпозиция 44 Игли за инсулинови писалки 30G 0.3x8мм
- Подпозиция 45 Конци 0/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 46 Конци 2/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 47 Конци 3/0 с игла за кожа - да не са резорбиращи се
- Подпозиция 56 Адаптори за уретрални катетри за адаптиране към спринцовка, инфузионна система
- Подпозиция 60 Маска за O2 детска за система Дрегер
- Подпозиция 120 Диализатори педиатрични с повърхност 0,4 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 121 Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 122 Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 123 Диализатори педиатрични с повърхност 1,3 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 124 Диализатори педиатрични с повърхност 0,7 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 125 Диализатори педиатрични с повърхност 1,0 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 126 Диализатори педиатрични с повърхност 1,3 кв.м. Мембрана - Синтетична low flux полисулфон
- Подпозиция 127 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
- Подпозиция 128 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални унипунктурни + венозни стандартни AV set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 4,4мм
- Подпозиция 129 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set - вътрешен диаметър на помпения сегмент 6,4мм
- Подпозиция 130 Кръвни линии педиатрични за апарати Френиус 4008 артериални стандартни + венозни стандартни AV-SN set baby - вътрешен диаметър на помпения сегмент 4,4мм
- Подпозиция 131 Safe Line
- Подпозиция 132 Y конектори (SN адаптор Luer Lock)
- Подпозиция 134 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 6F
- Подпозиция 135 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 7F
- Подпозиция 136 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни 8F
- Подпозиция 137 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 8F
- Подпозиция 138 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа еднолуменни 9F
- Подпозиция 139 Централни венозни педиатрични катетри за хемодиализа двулуменни 9F
- Подпозиция 140 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични 8F
- Подпозиция 141 Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни пътища за хемодиализа - педиатрични 10F
- Подпозиция 142 Апирогенни филтри за апарати Френиус 4008
- Подпозиция 143 Дезинфекционен разтвор за хемодиализни апарати Френиус 4008 - Туби по 10л. за киселинна обработка

- Подпозиция 144 Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролитин 1% - 5 мл/амп
 Подпозиция 145 Антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на Тауролитин 1% - 10 мл/амп
 Подпозиция 146 Антибактериален разтвор с фибринолитично действие със съдържание на Урокиназа 25000МЕ - 5 мл/амп
 Подпозиция 153 Перитонеални катетри за деца с два маншона и дължина 32см.
 Подпозиция 154 Перитонеални катетри за деца с два маншона и дължина 37см.
 Подпозиция 155 Перитонеални катетри за деца извит с един маншон 40см.
 Подпозиция 156 Перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне 8.5 F и с дължина 8 см.
 Подпозиция 157 Перитонеални катетри за деца за остра перитонеална диализа със сет за поставяне 9 F и с дължина 15 см.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II:

- Подпозиция 167 Хипоалергенен пластир, със специален кръвоспиращ тампон 2/4x18
 Подпозиция 176 Стерилна антисептична превръзка напоена с Хлорхексидин ацетат 5x5см

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV:

- Подпозиция 186 Drystar 5000 Dry medical film 25x30 /10x12 in/
 Подпозиция 187 Drystar 5000 Dry medical film 20x30 /8x10 in/

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Димитър Каланджиков

- ЧЛЕНОВЕ:
1. Силва Доцева
 2. Снежинка Стефанова
 3. Мариана Георгиева
 4. Стефка Александрова
 5. Росица Маринова
 6. Мая Златева.....