



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: **Закупуване на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД - Детска носилка - процедурна маса, Лежаща количка, Реанимационна шкаф количка, Процедурна лампа /преносима/, Болнично легло за новородени в съответствие с приложената техническа спецификация.**

Правно основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки;

Офертите се представят в срок до 12 ч. на 06.07.2021 г. на следната електронна поща: tuykova_r@pediatrichospital.bg

Критерий за възлагане на настоящата поръчка: най-ниска цена

Обща прогнозна стойност: 29 500.00 лева без ДДС

Място на изпълнение: СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София 1606, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 11

Срок за изпълнение на поръчката: до 30 /тридесет/ календарни дни

Начин на заплащане: в лева по банковата сметка на изпълнителя - 30 % от стойността авансово и 70 % от стойността до 60 календарни дни след доставка

Документи представяни от участника:

1. Оферта /свободен текст/, съдържаща:

- информация за участника – наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, е-мейл, представители, банкова сметка
- срок на изпълнение
- модел, марка, производител и технически характеристики на оферираните продукти, в съответствие на техническата спецификация на Възложителя
- гаранционен срок на оферираните продукти
- единична цена в лева без ДДС
- други /по преценка на участника/

2. Участниците могат да подават оферти за един, няколко или всички продукти от техническата спецификация.

Възложителя сключва договор с определения за изпълнител участник.

Приложение: Техническа спецификация на медицинското оборудване

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Д-Р БЛАГОМИР ЗДРАВКОВ



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на медицинско обзавеждане за нуждите на анестезиологична манипулационна
в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД

| Технически изисквания | Прогнозна стойност в лева без ДДС |
|--|--------------------------------------|
| <p>1. Детска носилка - процедурна маса</p> <ul style="list-style-type: none"> - възможност за регулиране на височината - матрак с размери 60x190 см ± 5%, дебелина 8 см± 5%, сменящ се - двусекционна основа на матрака с размери 70x200 см ± 5% от ABS - Тренделенбург/обратен тренделенбург ± 18° - дистанционно управление - два държача за инфузионна стойка - регулируема облегалка - колела с централно заключване - алуминиеви падащи странични релси - периферни странични релси - корпус за кислороден резервоар - тегло до: 90 кг - гаранционен срок – мин. 2 год. от датата на доставка, но не по-малко от гаранционния срок на производителя | 6 000,00 лв |
| <p>2. Лежаща количка</p> <ul style="list-style-type: none"> - възможност за регулиране на задната част и на височината от двете страни - матрак с антибактериално, водоустойчиво покритие с цип - двусекционна основа на матрака с размери 75x220 см ± 5% - Рамка – антибактериална, стоманена - Шаси, покрито с ABS - Тренделенбург с контрол от педал - Странични релси по цялата дължина - Колела с централна спирачна система - тегло до: 100 кг - гаранционен срок – мин. 2 год. от датата на доставка, но не по-малко от гаранционния срок на производителя | 2 500,00 лв |
| <p>3. Реанимационна шкаф количка</p> <ul style="list-style-type: none"> - материали: алуминий, ABS пластмаса, компактен материал - отделящи се чекмеджета, мин. 5 бр - подвижна дефибрилаторна маса - реанимационна дъска - отвор за кислородна тръба - колела със спирачна система - гаранционен срок – мин. 2 год. от датата на доставка, но не по-малко от гаранционния срок на производителя | 2 000,00 лв |
| <p>4. Процедурна лампа /преносима/</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимален интензитет на светлината при всички диаметри на петното. - Тип: Led, Осветеност min: 150.000 lux - Стъпки на регулиране на осветеността min: 5 - Диаметър на осветителното тяло min: 50 cm - Диаметър на осветеното петно min: 16 cm - Живот на светодиодите: >60.000 hour - Защита от прах и влага, възможност за дезинфекция - на подвижна стойка с колелца - гаранционен срок – мин. 2 год. от датата на доставка, но не по-малко от гаранционния срок на производителя | 18 000,00 лв |
| <p>5. Болнично легло за новородени на колела</p> <ul style="list-style-type: none"> • с прозрачна вана от плексиглас. • покрит с винил матрак от пяна. • с колела с въртене на 360° • рамка с електростатично прахово покритие. • размери мин: 480x790x1000 мм • безопасно работно натоварване мин: 20 кг • гаранционен срок – мин. 2 год. от датата на доставка, но не по-малко от гаранционния срок на производителя | 1 000,00 лв |